

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 dicembre 2022, n. 431 "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l.". Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN con sede in Racale (LE) alla Via Asiago 21/A.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "Definizione procedure specialistica ambulatoriale";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "Definizione procedure specialistica ambulatoriale" del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";

- all'art. 8, comma 2 che "alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di

notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”;

- all'art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”, tra le quali sono comprese le “strutture per la diagnostica per immagini con l'utilizzo di grandi macchine” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della medesima legge.

Con Determina Dirigenziale n. 182 del 30/07/2020 ad oggetto: “*Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l. di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Racale (LE), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.*” la scrivente Sezione ha rilasciato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Racale (LE) a seguito dell'istanza della società “*Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l. di Racale, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata “Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l.” sita in Racale alla Via Asiago n. 2/A (...).*”.

Con Pec del 13/12/2021, il legale rappresentante della Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l. con sede in Racale (LE) alla via Asiago 2/A, ha trasmesso nota ad oggetto “*Richiesta dell'autorizzazione all'esercizio, per un nuovo impianto di Risonanza Magnetica del gruppo “A” per uso diagnostico*” 2021 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16572 del 27/12/2021 rappresentando quanto segue: “*La sottoscritta, Sig.ra Giuseppina Malagnino, nata a Melissano (...), in qualità di legale rappresentante del centro “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO s.r.l.” - P.IVA: 04152070753 con sede legale ed operativa a Racale (LE) in Via Asiago n.21/A, con la presente CHIEDE*

1. *L'autorizzazione all'esercizio, prevista dall'Art.8 della L.R. 02.05.2017, N.9, relativamente all'impianto RM, grande macchina gruppo “A”. Per tale impianto dispone di “verifica di compatibilità regionale” e “autorizzazione alla realizzazione”, rilasciata dal Sindaco di Racale.*
2. *Congiuntamente all'autorizzazione all'esercizio, CHIEDE, con unico procedimento anche l'accreditamento istituzionale.*
3. *Dichiara di disporre dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per le strutture sanitarie dal Regolamento Regionale.*
4. *Dichiara il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dagli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica, Decreto Ministero Salute del 14.01.2021 (G.U. N.65 del 16.03.2021) e che tale installazione è conforme ai requisiti previsti, nonché alla normativa vigente in materia di edilizia sanitaria e sicurezza dei lavoratori, pazienti e popolazione.*
5. *Di aver nominato l'Esperto Responsabile nella persona dell'Ing. Luigi Macagnino Esperto di Radioprotezione di 3° grado, e Medico Responsabile il Dr. Maurizio Melle - Medico Radiologo.*
6. *Di avanzare richiesta, in carenza di TAC all'interno della struttura, al Direttore Generale della ASL LE e al Dirigente del Presidio Ospedaliero di Casarano - per stabilire in virtù dell'Art.49, comma 2, della L.R.N.52 del 30.11.2019, un accordo per l'esecuzione delle TAC presso la Struttura Sanitaria di Casarano (P.O.) dove è attiva una TAC che risulta essere la più vicina nell'ambito dell'ASL di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.*

Si allega alla presente:

- a) *Autorizzazione all'attività di diagnostica per immagini senza grandi macchine.*
- b) *Copia della “Verifica di compatibilità regionale” e “Autorizzazione alla realizzazione”, rilasciata dal Sindaco di Racale.*
- c) *Titolo di proprietà della struttura o contratto di affitto.*

d) *Certificato di agibilità della struttura.*

e) *Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti minimi e del numero e qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

(...).”.

Con Pec del 26/07/2022 la scrivente Sezione ha trasmesso la nota prot. n. AOO_183/9558 di pari data, con la quale, inter alia, ha rappresentato quanto segue: *“si invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale “Diagnostica per immagini De Marco SRL” sita in Racale (LE) alla via Asiago n. 2/A, (rectius 21/A) al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN (...).”.*

Con Pec del 05/10/2022 di Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ha trasmesso la nota prot n. U.0174894 di pari data, ad oggetto: *““DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO S.r.l.” sita in Racale alla via Asiago n.2/A. Installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica del gruppo A per uso diagnostico. Autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n.1 RMN. Legale rappresentante: MALAGNINO Giuseppina, (...). Sede Legale: via asiago n.2/A Racale (LE). Esito Verifiche”,* acquisita dalla scrivente Sezione con prot n. AOO_183/12672 del 06/10/2022, con cui Il Dirigente Medico del medesimo Dipartimento di Prevenzione:

“Con riferimento alla nota sopra emarginata con la quale si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO S.r.l.” sita in Racale (LE) alla via Asiago n.2/A per verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n.3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n.1 RMN, mod. SIEMENS-MAGNETOM Sempra da 1,5 T, si comunica che in data 16/09/2022, alla presenza del Dott. DE MARCO Sebastiano (...), è stato effettuato apposito sopralluogo presso la predetta struttura per le verifiche del caso.

- *vista l’istanza della Sig.ra MALAGNINO Giuseppina, sopra meglio generalizzata, acquisita al protocollo di codesto Servizio in data 10/06/2022, indirizzata anche alla Regione Puglia e al Sindaco del Comune di Racale (LE), nella sua qualità di legale rappresentante della struttura di specialistica ambulatoriale “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO S.r.l.”, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di Diagnostica per Immagini nei locali sopra descritti;*
- *visto l’Atto Dirigenziale n. 182 del 30/07/2020 del registro delle determinazioni della Regione Puglia con il quale è stato rilasciato il parere favorevole di Compatibilità Regionale, per l’autorizzazione/installazione di grandi macchine n.1 RMN del gruppo A, presso la struttura denominata “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO S.r.l.” sita in Racale alla via Asiago n.2/A;*
- *vista l’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Città di Racale (LE) in data 07/11/2013 per l’attività Specialistica Ambulatoriale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI;*
- *visti gli elaborati grafici (planimetrie del piano terra e primo, allegate alla certificazione di agibilità munite di timbro comunale riportante la data del 16/09/2022);*
- *vista la S.C.A.(segnalazione certificata di agibilità) pratica edilizia SCA del 09/06/2022 prot. n°11473 munita di timbro comunale riportante la data del 15/09/2022 (permesso di costruire n.80/21 del 19/08/2021);*
- *vista ed esaminata la documentazione allegata all’istanza, quella prodotta in sede di sopralluogo e quella trasmessa successivamente l’ultima della quale in data 29/09/2022, relativa alle attrezzature, alla dotazione organica, all’organizzazione e gestione della struttura sanitaria; - viste le comunicazioni di avvenuta installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica del gruppo A per- venute tramite pec del 19 e 20*

maggio 2022 con allegata *Analisi Tecnica relativa alla installazione dell'apparecchio di risonanza magnetica nucleare Siemens - Magnetom Sempra 1,5 T a firma dell'Esperto Responsabile Dott. Ing. Luigi MACAGNINO*;

- visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 16/09/2022;
- accertato che i locali sono idonei dal punto di vista igienico sanitario per l'uso cui sono destinati, arredati e corredati della strumentazione necessaria;
- preso atto che il Direttore Responsabile della struttura sanitaria in argomento è il Dr. Maurizio MELLE, (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università de- gli Studi di Chieti in data 15/01/1987, in possesso di specializzazione in Radiodiagnostica conseguita presso l'Università di Bari (BA) in data 10/07/1991, abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto (TA) dal 28/05/1987 al n.1732;
- Responsabile delle apparecchiature radiologico e medico responsabile per la Risonanza Magnetica è il Dott. Maurizio MELLE;
- la sorveglianza fisica della radioprotezione ed esperto responsabile della Risonanza Magnetica è stata affidata all'esperto qualificato Dott. Ing. Luigi MACAGNINO,
- vista la dichiarazione di osservanza alle norme in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute dei sul lavoro, circa l'avvenuta valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., datata 20/09/2022;

Verificata la persistenza dei requisiti minimi, generali, strutturali e specifici previsti dal R.R. n.3/2010 e s.m.i. alle sezioni A-REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna sinistra); - vista la L.R. 02/05/2017, n.9 e s.m.i.;

- visto il R.R n 3 del 2010 (modifica del R.R n.3/2005) ed in particolare la Sez. B.01.01 B.01.03;

si esprime, dal punto di vista igienico-sanitario *PARERE FAVOREVOLE* per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine-n.1 RMN, mod. SIEMENS-MAGNETOM Sempra da 1,5 T, da esercitarsi presso la struttura di specialistica ambulatoriale "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO S.r.l." sita in Racale alla via Asiago n.2/A, legalmente rappresentata dalla Sig.ra MALAGNINO Giuseppina, sopra meglio generalizzata con sede legale presso la predetta struttura, sotto la Direzione Sanitaria del Dr. Maurizio MELLE, (...), in possesso di specializzazione in Radiodiagnostica conseguita presso l'Università di Bari (BA) in data 10/07/1991, abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto (TA) dal 28/05/1987 al n.1712.".

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN da 1,5 Tesla in capo alla società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l" con sede in Racale (LE) alla via Asiago 21/A, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Maurizio Melle, specialista in Radiodiagnostica, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l" è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune di Racale, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l" è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune di Racale, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai

sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN da 1,5 Tesla in capo alla società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l." con sede in Racale (LE) alla via Asiago 21/A, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Maurizio Melle, specialista in Radiodiagnostica, con le seguenti precisazioni:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune di Racale, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per

Immagini con utilizzo di grandi macchine), le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il rappresentante legale della società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune di Racale, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l." con sede legale in Racale (LE) Via Asiago n. 21/A
Pec: cirrus@pec.it ;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Racale (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.
(Irene Vogiatzis)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Elena Memeo)