

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 18 marzo 2026, n. 22
“CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.R.L.” (P. IVA 04305640759) – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), e dell’art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (n. 1 TC), presso la struttura con sede in Presicce Acquarica corso D. Alighieri angolo via A. Moro (LE).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;
Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2025, n. 1657 recante *“Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e s.m.i.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione.”*

In Bari, presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell’Incarico E.Q. *“Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale”* della medesima Sezione, e confermata dal Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità, si riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede:

- all’art. 3 (*“Compiti della Regione”*), comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)”*;
- all’art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)”*), come modificato dall’art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che “
 1. *Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*
 2. *Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”*;
 3. *Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le “strutture per la diagnostica per immagini con l’utilizzo di grandi macchine” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della medesima legge – n.d.r];*
 4. *...(omissis)*
 5. *Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.*
 6. *Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ... (omissis);*

...(omissis)”.

Il R.R. n. 9 del 12/08/2022 (*“Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”*) pubblicato sul BURP n. 90 suppl. del 16/08/2022 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, prevede all’art. 4 (Accreditamento), comma 7 che: *“Anche in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti di cui al comma 1, può essere accreditata la RMN per la quale sia stato rilasciato l’unico (o il primo) parere favorevole di compatibilità nell’ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della L.R. n. 52/2019 o successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. ”*.

Con **D.D. n. 208 del 26/04/2024** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha determinato: *“Di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell’ambito territoriale del DSS GAGLIANO D. C. dell’ASL Lecce con riferimento all’arco temporale del 1° bimestre per l’attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine parere di compatibilità favorevole alla richiesta trasmessa dal Comune di Presicce-Acquarica a seguito dell’ istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione della società “CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.R.L.”, con sede operativa ubicata in*

Presicce Acquarica corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica), per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TC (omissis)";

Con provvedimento prot. **N. 777 del 09/07/2024** il Comune di Presicce-Acquarica ha determinato di "Autorizzare ex art. 7 comma 5, della L.R. 9/17, la Soc. **CENTRO DIAGNOSTICO SANT'ANDREA S.R.L.** p.Iva 04305640759 con sede legale ed operativa in Presicce-Acquarica al corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica) alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TAC di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.6.3. della L. R. n.9/2017, in conformità al parere favorevole rilasciato dalla Regione Puglia - Sezione Strategia e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità – con Atto Dirigenziale n. 208 del 26.04.2024 (Prot. 209899 del 02.05.2024), acquisito in atti al prot. n. 7990 del 02.05.2024".

Con **PEC del 19/11/2025**, indirizzata alla scrivente Sezione, il **legale rappresentante** della suddetta Società ha trasmesso la nota avente ad oggetto: "**Centro diagnostico Sant'Andrea – sede Presicce: istanza autorizzazione all'esercizio e accreditamento TAC**", acquisita al **prot. n. E/665394 del 25/11/2025**, rappresentando che:

*"La sottoscritta ...(omissis), nella sua qualità di Legale Rappresentante del "**Centro Diagnostico Sant'Andrea S.r.l.**", P. IVA/C.F. **04305640759**, con sede legale in **PRESICCE-ACQUARICA**, cap. 73054 Corso Dante Alighieri angolo Via Aldo Moro n. 144, già autorizzata all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine,*

chiede
*ai sensi dell'art.24, co.2 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 4 c. 2 del RR 9/2022, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per ampliamento, in relazione alla struttura **CENTRO DIAGNOSTICO SANT'ANDREA srl** con sede operativa a **Presicce- Acquarica, corso D. Alighieri angolo via A. Moro n. 144** relativo all'installazione della seguente apparecchiatura: **1 TAC.** "*

Con **Nota Prot. 721609 del 22/12/2022** ad oggetto: "*Richiesta di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale per l'installazione e l'utilizzo di un'apparecchiatura TAC – grande macchina per uso diagnostico".* Richiesta di integrazione documentale e conferimento dell'incarico di verifica del possesso dei requisiti minimi per struttura ambulatoriale di radiologia con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TC, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Comunicazione in merito alla contestuale istanza di rilascio dell'accreditamento istituzionale della medesima apparecchiatura TC." la scrivente Sezione (...) **preso atto che**, conseguentemente, il fabbisogno numerico regolamentare di grandi macchine TAC risulta interamente soddisfatto e superato;

la scrivente Sezione **comunica** alla Società "*Centro Diagnostico Sant'Andrea S.r.l.*" che l'istanza presentata per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce **non può essere accolta**, limitatamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale di n. 1 TAC nella struttura ubicata in Presicce – Acquarica (LE), Corso Dante Alighieri angolo Via Aldo Moro n. 144, **in quanto il relativo fabbisogno provinciale per l'accreditamento di TAC – grandi macchine risulta integralmente soddisfatto.** ".

Inoltre ha invitato il Legale rappresentante della Società a trasmettere in tempi brevi la documentazione mancante ed ha invitato "(...) **il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE**, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura sanitaria al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. **1 TC** nella struttura ubicata in Corso Dante Alighieri Angolo Via Aldo Moro n. 144 – **PRESICCE-ACQUARICA (LE)**, **comunicando l'esito alla scrivente Sezione.**".

Con **pec del 30/12/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. **8333 del 09/01/2026** il legale rappresentante della "**CENTRO DIAGNOSTICO SANT'ANDREA S.R.L.**" ha riscontrato la prefata nota di integrazione documentale fornendo tutta la documentazione richiesta.

Con **nota del 20/01/2026**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. **E31199 del 21/01/2026**, il Dirigente

SISP Sud del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce ha comunicato quanto segue:

“(omissis) fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni di competenza da parte di codesta Autorità Regionale, esprime per quanto di competenza parere igienico-sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine, n. 1 TAC GE Mod. Revolution, in estensione a quella di diagnostica per immagini già autorizzata, alla Soc. “Centro Diagnostico Sant'Andrea S.r.l.”, con sede legale e sede operativa ubicata in Presicce-Acquarica corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica).

Pur tuttavia, si segnala a codesta Autorità Regionale che, nel corso del sopralluogo, è stato rilevato che lo stato dei luoghi risulta parzialmente non conforme al progetto originario (vedi elaborati grafici dello stato di fatto attuale – allegato n.1), in quanto sono state apportate le seguenti modifiche:

- *realizzazione di un servizio igienico all'interno della Sala TAC, in luogo del piccolo spogliatoio previsto nella planimetria trasmessa dal Comune di Presicce-Acquarica con nota prot. n.0021311/2023 del 30/11/2023 (vedi elaborato grafico di progetto – allegato n.2) utilizzata per l'ottenimento del parere di compatibilità ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'impianto TAC in argomento, espresso con Atto Dirigenziale n. 00208 del 26/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 183;*
- *spostamento della cabina comandi TAC in adiacenza alla “Sala MOC”, indicata nella suddetta planimetria come “Studio Medico”;*
- *mancata realizzazione della sala accettazione prevista nella planimetria autorizzata, in quanto l'accettazione viene effettuata al piano terra. In sostituzione è stato realizzato uno spogliatoio. (omissis).”, allegando:“*

- *elaborato grafico di fatto;*
- *elaborato grafico di progetto utilizzato per ottenimento del parere di compatibilità ex. Art. 7. Comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'impianto TAC in argomento espresso con Atto Dirigenziale n. 208 del 26/04/2024 del registro delle Determinazioni della AOO 183.“*

Con **nota del 06/02/2026**, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. **E68863 del 09/02/2026**, ad oggetto *“Richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento art. 7 L.R. n: 9/2017 – finalizzata alla installazione di una RMN e di una TAC (det.n.777 del 09.07.2024)”,* Il Comune di Presicce-Acquarica *“Verificati i titoli di cui al comma 1, art. 7 della LR n. 9/2017, nonché la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia del fabbricato”* ha chiesto: *“a Codesto Spett.le Ufficio di voler effettuare l'aggiornamento dell'autorizzazione (Det. 777 del 09.07.2024) per l'ampliamento in oggetto con installazione di 1 (una) RMN-grande macchina e di 1 (una) TAC, presso la sede sita in Presicce-Acquarica al corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica).”,* allegando:

“1. Richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione;

2. Planimetria progetto iniziale;

3. Planimetria stato finale;”

Con **D.D n. 18 del 26/02/2026** il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità ha determinato: *“di rilasciare alla società “CENTRO DIAGNOSTICO SANT'ANDREA S.R.L.”, **la conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 208 del 26.04.2024** per l'attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ex art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n.9/2017 s.m.i. - n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TC, a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout dell'ambulatorio con sede in Presicce Acquarica al corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica), con la precisazione che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TC, a seguito del parere favorevole espresso dal Dirigente SISP Sud del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce con la prefata nota del 20/01/2026, il Comune di Presicce-Acquarica dovrà rilasciare il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica del layout. “*

Con **PEC del 02/03/2026**, acquisita dalla scrivente Sezione con **prot. n. E/121978 del 06/03/2026** il Comune di

Presicce-Acquarica ha trasmesso il provvedimento n 242 del 02/03/2026 ad **oggetto**: “CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.R.L. –

*Aggiornamento dell’autorizzazione per l’attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TAC - a seguito della realizzazione della modifica di layout dell’ambulatorio con sede in Presicce Acquarica corso D. Alighieri angolo via A. Moro (LE).” con cui ha determinato: “(...) **DI AUTORIZZARE**, ex art. 7 comma 5, della L.R. 9/17, la Società CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.R.L. P.IVA 04305640759 con sede legale ed operativa in Presicce-Acquarica al corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica) all’attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TAC, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout dell’ambulatorio con sede in Presicce Acquarica al corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica) e in conformità al parere favorevole rilasciato dalla Regione Puglia - Sezione Strategia e Governo dell’Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità – con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 26.02.2026 (acquisito al prot. n. 3753 del 26.02.2026) (...)”*

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di rilasciare alla società “CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.R.L.”, ai sensi dell’**art. 3, comma 3, lett. c)** e dell’**art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, l’**autorizzazione all’esercizio** per l’attività specialistica ambulatoriale di **Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TC (GE Mod. Revolution Maxima)** nella struttura ubicata in Presicce Acquarica al corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica), il cui **Direttore Sanitario** è il **dott. Elviro Cesarano**, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in **Radiodiagnostica**, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune, in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell’art. 11, comma 2 lett.c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa alle apparecchiature grandi macchine;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*”

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare alla società "CENTRO DIAGNOSTICO SANT'ANDREA S.R.L.", ai sensi dell'**art. 3, comma 3, lett. c)** e dell'**art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, l'**autorizzazione all'esercizio** per l'attività specialistica ambulatoriale di **Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TC (GE Mod. Revolution Maxima)** nella struttura ubicata in Presicce Acquarica al corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica), il cui **Direttore Sanitario** è il **dott. Elviro Cesarano**, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in **Radiodiagnostica**, con le seguenti precisazioni:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett.c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa alle apparecchiature grandi macchine;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti*

la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società "CENTRO DIAGNOSTICO SANT'ANDREA S.R.L." centrosantandrea@pec.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL LECCE;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE Sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
 - al Sindaco del Comune di Presicce Acquarica (LE);
 - al SUAP del Comune di Presicce Acquarica protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it;

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

[Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo] (*non inserire in CIFRA 2*).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00023

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione Maria
Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro